

CBC PRE PO-002/03	LISTE DES NON-CONFORMITES ET CRITERES DE REJET D'UN ECHANTILLON PRIMAIRE	Date d'application : 05/09/2022 Version : 03
-------------------	---	--

Non conformités		Critères de rejet	
Catégorie	Sous-catégorie	Impact sur l'analyse	Décision
Identité patient	Identité absente sur l'échantillon	Majeur	Accepté SI le préleveur ou le correspondant ou la famille atteste avoir assisté au prélèvement
	Identité absente sur l'ordonnance	Majeur	Accepté SI le préleveur ou le correspondant ou la famille confirme l'identité du patient
	Identité discordante ordonnance/échantillon	Majeur	Accepté SI le préleveur ou le correspondant ou la famille confirme l'identité du patient
Ordonnance	Examen illisible	Majeur	Accepté SI le médecin précise les analyses prescrites
Conditions d'acheminement	Délai non respecté	Majeur	Accepté SI l'échantillon est précieux ou irremplaçable
	Température non respectée	Majeur	Accepté SI l'échantillon est précieux ou irremplaçable
Echantillon avant traitement pré-analytique	Contenant inadapté à l'examen prescrit	Majeur	Refusé
	Contenant périmé ou détérioré	Majeur	Refusé
	Echantillon coagulé ou détérioré	Majeur	Refusé
	Nature de l'échantillon non indiquée	Majeur	Accepté SI les informations manquantes sont obtenues
	Quantité insuffisante (volume ou remplissage du tube)	Majeur	Accepté SI après avoir appelé le prescripteur, ce dernier précise les examens à réaliser en priorité Refusé pour le bilan d'hémostase
	Méthode de recueil ou collecte non respecté	Majeur	Refusé
Renseignements cliniques	Volume urinaire absent	Majeur	Accepté SI les informations manquantes sont obtenues
Hygiène et sécurité	Contenant détérioré ou non étanche	Majeur	Refusé
Documents associés à la demande	Consentement absent ou incomplet	Majeur	Accepté SI les informations manquantes sont obtenues

Date : 05/09/2022

Le Directeur de laboratoire
« Original signé »

REDACTEUR RAMPARANY Lovasoa Date et visa : 05/09/2022	VERIFICATEUR RANDRIANIRINA Frédérique Date et visa : 05/09/2022	APPROBATEUR RANDRIANIRINA Frédérique Date et visa : 05/09/2022
---	---	--